

MC-Media Pad、サニ太くん 製品対比表

2017年6月現在

	サニ太くん	MC-Media Pad	認証状況	備考	統合時期
1	ACplus(24h 兼 48h)	ACplus(24h 兼 48h)	2017年MicroVal-AOAC PTM取得予定	乳酸菌が多い場合、低温細菌は48h培養を推奨	-
2	CC(大腸菌群用)	CC(大腸菌群用)	2018年MicroVal-AOAC PTM取得予定	より優れた培養性能と発色を実現し、酵素による着色影響を軽減した製品	-
3	SA(黄色ブドウ球菌用)	SA(黄色ブドウ球菌用)	AOAC-PTM取得済 2017年MicroVal取得予定	全面改良版	-
4	EC(大腸菌・大腸菌群用)	EC(大腸菌・大腸菌群用)	2018年MicroVal-AOAC PTM取得予定	より優れた培養性能と発色を実現し、酵素による着色影響を軽減した製品	-
5	真菌用	YM(真菌用)	AOAC-PTM取得済 2017年MicroVal取得予定	-	-
6	サルモネラ用	サルモネラ用	-	2017年度中に改良予定	-
7	一般生菌用	一般生菌用	AOAC-PTM取得済	ACplus国際認証取得後、ACplusへ統合	2017年中
8	大腸菌群用	大腸菌群用	AOAC-PTM取得済	CC国際認証取得後、CCへ統合	2018年前後
9	大腸菌・大腸菌群用	大腸菌・大腸菌群用	AOAC-PTM取得済	EC国際認証取得後、ECへ統合	2018年前後
10	水系細菌用	終売	-	ACplusへ統合	2017年中